



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2009/05098

от 29 июня 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ОАО "МИЗ-Ворсма",
Россия, 606120, Нижегородская область, Павловский район,
г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
Шприцы медицинские по ТУ 9398-301-07610776-2011
в следующих исполнениях (см. приложение на 4 листах):

производства
ОАО "МИЗ-Ворсма",
Россия, 606120, Нижегородская область, Павловский район,
г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86

класс потенциального риска 1

ОКП 93 9860

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 7851 от 14.03.2012

приказом Росздравнадзора от 29 июня 2012 года № 3254-Пр/12

разрешено к производству, продаже и использованию на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

017049



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

Лист 1

№ ФСР 2009/05098

- шприц для промывания полостей объемом 100 см³, 150 см³ Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей объемом 100 см³, 150 см³ с силиконовым кольцом на поршне Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей объемом 150 см³ со сменными насадками Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей объемом 150 см³ с силиконовым кольцом на поршне со сменными насадками Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей с двойной шкалой объемом 150 см³ с силиконовым кольцом на поршне с эластичным соединением арматуры Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей с двойной шкалой объемом 150 см³ с силиконовым кольцом на поршне со сменными насадками с эластичным соединением арматуры Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей с двойной шкалой объемом 150 см³ с силиконовым кольцом на поршне Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для промывания полостей с двойной шкалой объемом 150 см³ с силиконовым кольцом на поршне со сменными насадками Шпп-«МИЗ-В»;
- шприц для внутриматочных вливаний объемом 5 см³, 10 см³ - «МИЗ-В»;
- шприц для внутриматочных вливаний с силиконовым кольцом на поршне объемом 5 см³ - «МИЗ-В»;
- шприц для внутриматочных вливаний модернизированный объемом 5 см³ - «МИЗ-В»;
- шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин объемом 5 см³, 2 см³;
- шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин с силиконовым кольцом на поршне объемом 5 см³, 2 см³;
- шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин модернизированный объемом 2 см³, 5 см³;
- шприцы типа «Луер» и типа «Рекорд» непрерывного действия;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа "Рекорд" с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 1 см³ для туберкулина с отбуртовкой цилиндра;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа "Рекорд" с концентрическим расположением конуса

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

29 июня 2012 года

003835



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

Лист 2

№ ФСР 2009/05098

- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 1 см³ для инсулина;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа "Рекорд" с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 1 см³, 2 см³, 5 см³ для инсулина с отбуртовкой цилиндра;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа "Рекорд" с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 2 см³, 5 см³, 10 см³; 20 см³ с отбуртовкой цилиндра;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом с паяной головкой;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 1 см³, 2 см³, 5 см³, 10 см³, 20 см³ с паяной головкой;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 2 см³, 5 см³ для инсулина с паяной головкой;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 2 см³, 5 см³, 10 см³, 20 см³ с эластичным соединением головки;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с концентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5 см³ для инсулина с эластичным соединением головки;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с эксцентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5 см³, 10 см³, 20 см³ с отбуртовкой цилиндра;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с эксцентрическим расположением конуса
- неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5 см³, 10 см³, 20 см³;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова



29 июня 2012 года

003836

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

Лист 3

№ ФСР 2009/05098

- металлостеклянный типа «Рекорд» с эксцентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см^3 , 10см^3 , 20см^3 с эластичным соединением головки;
- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Рекорд» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см^3 , 10см^3 с эластичным соединением наконечника;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 1см^3 для туберкулина с отбуртовкой цилиндра;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 1см^3 , 2см^3 для инсулина с отбуртовкой цилиндра;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 2см^3 с отбуртовкой цилиндра;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 2см^3 , 5см^3 , 10см^3 , 20см^3 с паяной головкой;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см^3 для инсулина с паяной головкой;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 2см^3 с эластичным соединением головки;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с эксцентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см^3 , 10см^3 , 20см^3 с эластичным соединением головки;
 - шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова



29 июня 2012 года

003837

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

Лист 4

№ ФСР 2009/05098

неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см³ для инсулина с эластичным соединением головки;

- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с эксцентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см³, 10см³, 20см³ с отбуртовкой цилиндра;

- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с эксцентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см³, 10см³, 20см³ с паяной головкой;

- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с концентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 5см³, 20см³ с эластичным соединением головки;

- шприц медицинский инъекционный многократного применения металлостеклянный типа «Луер» с эксцентрическим расположением конуса неразборный с силиконовым кольцом на поршне объемом 10см³ с эластичным соединением головки;

- шприцы инъекционный многократного применения разборный объемом 2 см³, 5 см³, 10 см³, 20 см³ (с запасным цилиндром);

- шприц инъекционный многократного применения разборный объемом 2 см³, 5 см³, 10 см³, 20 см³; (без запасного цилиндра).

Z

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития



Е.А. Тельнова

29 июня 2012 года

003838