

Общество с ограниченной ответственностью
"Научная компания "Фламена"

143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, влд. 9, пом. Т-15, тел. (495) 791-1001, flamena@yandex.ru

Дата «27» декабря 2022 г.

Паспорт качества производителя
"Покрытие гелевое "ФЛАМЕНА"[®] в исполнении "Аппликатор
вагинальный преднаполненный, (3 г)"

Изготовитель: ООО «Научная компания «Фламена»

Изготовлено в соответствии с ТУ 9393-002-78083079-2008, РУ №ФСР 2010/06687 от 03.09.2021

Наименование показателя	Характеристика и норма по НД	Результаты испытаний
Внешний вид, цвет и консистенция	Комплект - 5 аппликаторов -монодоз по 3 мл; Гель кремового или желтоватого цвета	Комплект - 5 аппликаторов по 3 мл; Гель кремового цвета
Цвет:	Кремовый, Допускается желтоватый оттенок	Кремовый
Запах:	Легкий, специфический	Соответствует
Содержание дигидрокверцетина, %, не менее	0,4	0,42
Содержание фосфолипидов, %, не менее	3	3,4
Содержание этилового спирта, %, не более	0,5	0,3
Водородный показатель, pH	5,5-6,5	5,8
Термостабильность:	Стабилен	Стабилен
Массовая доля суммы тяжелых металлов, % (мг/кг), не более	0,0020 (20.0)	Менее 0,0010 (1,0)
Содержание свинца, мг/кг, не более	5	Менее 0,07
Содержание ртути, мг/кг, не более	1	Менее 0,05
Содержание мышьяка мг/кг, не более	5	Менее 0,05
Общее количество микроорганизмов КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 г изделия, не более	Отсутствие	Отсутствие
Плесневые грибы и дрожжи КОЕ/г изделия не более	Отсутствие	Отсутствие
Условно-патогенная микрофлора, в 1 г изделия: - семейство Enterobacteriaceae - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus	Отсутствие Отсутствие Отсутствие	Отсутствие Отсутствие Отсутствие

Дата изготовления: 20.12.2022

Срок годности, мес: 24

Номер партии: 033

Количество, шт.: 100

Генеральный директор



Цветков М.В.