

**ПАСПОРТ № 2**

Салфетка антисептическая из нетканого материала  
с перекисью водорода

Партия: 02

Количество: 60000

Дата выпуска: 03.2018г.

Анализ выполнен по ТУ 9393-053-42965160-2012

Срок годности: 3 года

№№	Наименование показателей	Норма по НТД	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Салфетка не должна иметь дефектов: пятен, разрывов, посторонних включений.	Салфетка не имеет дефектов: разрывов, пятен, посторонних включений.
2.	Размеры салфетки, мм	(130±10) x (180±10)	128x190
3.	Масса пропиточного раствора (перекись водорода 3%), г	4,0±0,5	4,0
4.	Антимикробная активность: зона задержки роста по St.epid, мм	не менее 1	12
5.	Ширина сварного шва, мм	не менее 5	5
6.	Герметичность	герметично	герметично

Хранить в сухом месте, при температуре от +5<sup>0</sup>С до +25<sup>0</sup>С

Заключение: соответствует требованиям ТУ 9393-053-42965160-2012

Начальник ОКК

