



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2023 года № РЗН 2023/20807

На медицинское изделие

**Чехол защитный (презерватив) "АМС-МЕД" для датчика УЗИ  
по ТУ 26.60.12-006-84148676-2022**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"  
(ООО "АМС-Мед"), Россия, 109554, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  
Таганский, ул. Рогожский вал, д. 10, эт. 12, помещ. №182**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"  
(ООО "АМС-Мед"), Россия, 109554, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  
Таганский, ул. Рогожский вал, д. 10, эт. 12, помещ. №182**

Место производства медицинского изделия

**ООО "АМС-Мед", Россия, 140501, Московская обл., г. Луховицы,  
ул. Куйбышева, д. 9а, часть нежилого здания склада №3**

Номер регистрационного досье № РД-54894/107616 от 02.03.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 22.19.71.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 14 августа 2023 года № 5255  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0074326**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 августа 2023 года № РЗН 2023/20807

Лист 1

На медицинское изделие

**Чехол защитный (презерватив) "АМС-МЕД" для датчика УЗИ**  
по ТУ 26.60.12-006-84148676-2022, в составе:

I. Вариант исполнения:

1. Чехол защитный (презерватив) "АМС-МЕД" для датчика УЗИ Модель 1 (длина 195 мм, Ø28 мм, толщина 0,070-0,080 мм).
2. Чехол защитный (презерватив) "АМС-МЕД" для датчика УЗИ Модель 2 (длина 210 мм, Ø28 мм, толщина 0,080-0,095 мм).
3. Чехол защитный (презерватив) "АМС-МЕД" для датчика УЗИ Модель 3 (длина 195 мм, Ø34 мм, толщина 0,070-0,080 мм).
4. Чехол защитный (презерватив) "АМС-МЕД" для датчика УЗИ Модель 4 (длина 210 мм, Ø34 мм, толщина 0,080-0,090 мм).

II. Инструкция по применению - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0126988