



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2023 года № ФСР 2012/13201

На медицинское изделие

**Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли
«Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик"
(ООО "Объединение Альфапластик"), Россия,
107150, Москва, 4-й пр-д Подбельского, д. 3**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик"
(ООО "Объединение Альфапластик"), Россия,
107150, Москва, 4-й пр-д Подбельского, д. 3**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Объединение Альфапластик", Россия, 302011, г. Орел,
Новосильское ш., д. 14**

Номер регистрационного досье № РД-57746/65001 от 05.09.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.162

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 13 декабря 2023 года № 9107
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0074684

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2023 года № ФСР 2012/13201

Лист 1

На медицинское изделие

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006, варианты исполнения:

1. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 750^{+30}_{-20} мм (исполнение 1), в составе:

- жгут - 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 1000 ± 50 мм (исполнение 2), в составе:

- жгут - 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 1200 ± 50 мм (исполнение 3), в составе:

- жгут - 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» длиной 1450 ± 50 мм (исполнение 4), в составе:

- жгут - 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Z

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0135618