



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МГ11.Н01344

Срок действия с 09.07.2018 по 08.07.2021

№ 0212845

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11МГ11. ООО «Идеал Тест». Юридический адрес:
127238, город Москва, Локомотивный проезд, дом № 21, корпус 5, помещение I, комната 32. Телефон: +7(499)
755-53-41

ПРОДУКЦИЯ Пакеты бумажные «КЛИНИПАК» для стерилизации медицинских изделий по ТУ 32.50.50-003-69745848-2017, варианты исполнения: см. приложение, бланки № 0045332-0045334.
Серийный выпуск.

код ОК

32.50.50.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 32.50.50-003-69745848-2017, ГОСТ ISO 11607-2011

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИПАК» (ООО «КЛИНИПАК»). ОГРН 1117746059507. Адрес: Россия, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, пом. XVI, комн. 31. Телефон: 8-495-510-29-82. Место производства: ООО «АВИС», Россия, 142001, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 4, корп. 1, пом. 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «КЛИНИПАК» (ООО «КЛИНИПАК»). ОГРН 1117746059507. Адрес: Россия, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, пом. XVI, комн. 31. Телефон: 8-495-510-29-82

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № АВ14-2807-07-2018 от 03.07.2018 года, выдан Испытательной лабораторией «Технический центр испытаний» (ИЛ "ТЦИ") аттестат № ES.RU.21AB14 от 05.02.2018 года, адрес: 109472, г. Москва, Проспект Волгоградский, д. 183, корп. 2; Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7236 от 06 июня 2018 года Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа


подпись

А.А. Черепанова
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

К.Н. Щетинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0045332

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МГ11.Н01344

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.000	Пакеты бумажные «КЛИНИПАК» для стерилизации медицинских изделий по ТУ 32.50.50-003-69745848-2017, варианты исполнения:	ТУ 32.50.50-003-69745848-2017
	1. Пакет бумажный (крафт) плоский самозапечатывающийся. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм. 2. Пакет бумажный плоский самозапечатывающийся. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм. 3. Пакет бумажный (крафт) плоский термосвариваемый. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм. 4. Пакет бумажный плоский термосвариваемый. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм. 5. Пакет бумажный (крафт) плоский самозапечатывающийся / термосвариваемый. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм. 6. Пакет бумажный плоский самозапечатывающийся / термосвариваемый.	



Руководитель органа

А.А. Черепанова
подпись

А.А. Черепанова
инициалы, фамилия

Эксперт

К.Н. Щетинин
подпись

К.Н. Щетинин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0045333

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МГ11.Н01344

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.000	Пакеты бумажные «КЛИНИПАК» для стерилизации медицинских изделий по ТУ 32.50.50-003-69745848-2017, варианты исполнения:	ТУ 32.50.50-003-69745848-2017
	Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм. 7. Пакет бумажный (крафт) со складкой термосвариваемый. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм, размер складки 0-250 мм. 8. Пакет бумажный со складкой термосвариваемый. Типоразмеры: ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750мм с шагом 5 мм, размер складки 0-250 мм. 9. Мультипакет бумажный (крафт) плоский самопечатывающийся. Типоразмеры: количество пакетов в мультипакете от 2 до 50 шт. с шагом 1 шт., ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм. 10. Мультипакет бумажный плоский самопечатывающийся. Типоразмеры: количество пакетов в мультипакете от 2 до 50 шт. с шагом 1 шт., ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм. 11. Мультипакет бумажный (крафт) плоский термосвариваемый. Типоразмеры: количество пакетов в мультипакете от 2 до 50 шт. с шагом 1	



Руководитель органа

А.А. Черепанова
подпись

А.А. Черепанова
инициалы, фамилия

Эксперт

К.Н. Щетинин
подпись

К.Н. Щетинин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0045334

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МГ11.Н01344

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.000	Пакеты бумажные «КЛИНИПАК» для стерилизации медицинских изделий по ТУ 32.50.50-003-69745848-2017, варианты исполнения:	ТУ 32.50.50-003-69745848-2017
	<p>шт., ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм.</p> <p>12. Мультипакет бумажный плоский термосвариваемый. Типоразмеры: количество пакетов в мультипакете от 2 до 50 шт. с шагом 1 шт., ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм.</p> <p>13. Мультипакет бумажный (крафт) плоский самозапечатывющийся/термосвариваемый. Типоразмеры: количество пакетов в мультипакете от 2 до 50 шт. с шагом 1 шт., ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм.</p> <p>14. Мультипакет бумажный плоский самозапечатывющийся/термосвариваемый. Типоразмеры: количество пакетов в мультипакете от 2 до 50 шт. с шагом 1 шт., ширина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм, длина от 50 до 750 мм с шагом 5 мм</p>	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Черепанова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

К.Н. Щетинин
инициалы, фамилия