

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИЛ.ПБ44.Н13704

Срок действия с 10.10.2022

по 09.10.2025

№ 1473671

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.

Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN:
(приложение на 24 листах, бланки № 0030873-0030896)
Серийный выпуск

код ОК
32.50.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31214-2016, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 6009-2020, ГОСТ Р ИСО 9626-2020, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ ISO 7864-2011, ГОСТ ISO 7886-1-2011, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-4-2020, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10-2011

код ТН ВЭД
9018 90 600 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Mederen Neotech Ltd.» / «Медерен Неотех Лтд.» Адрес: Израиль, Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016. Адрес места производства: Турция. TMT TIBBI MEDİKAL MALZ. SAN. TIC. LTD. STI Fatih Mah. 1188 Sok. No:14, Sarnic-Gaziemir-IZMIR, Turkey

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМЕДЭКС»
Адрес: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 18-я В.О. линия, д. 29, литер А, часть помещения 1-Н, 35, 37-44
ОГРН: 1167847241660, телефон: +7 (812)627-21-41, адрес электронной почты: info@alfamedex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № НС/ЭТ/22-9082 от 10.10.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат о признании компетентности испытательной лаборатории RU.RU.ИЛ05РТ; Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7783 от 27 августа 2019 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030873

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.13.190	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN: 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690 Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт Фиксатор катетера 1 шт Адаптер 1 шт Инструкция по применению 1 шт Потребительская упаковка 1 шт 2. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690A Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт Фиксатор катетера 1 шт Адаптер 1 шт Инструкция по применению 1 шт Потребительская упаковка 1 шт 3. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690S Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт Фиксатор катетера 1 шт Адаптер 1 шт Инструкция по применению 1 шт Потребительская упаковка 1 шт 4. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SA Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт	ГОСТ 31214-2016, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 6009-2020, ГОСТ Р ИСО 9626-2020, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ ISO 7864-2011, ГОСТ ISO 7886-1-2011, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-4-2020, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10-2011
9018 90 600 0		



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030874

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
5. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
6. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690HA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
7. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SH
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
8. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SHA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030875

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
9. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
10. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
11. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890A
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
12. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880A
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия


подпись

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030876

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
13. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890S
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
14. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880S
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
15. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030877

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Потребительская упаковка 1 шт
16. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий
кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными
отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл,
Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
17. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм),
латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными
отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
18. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм),
латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными
отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
19. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890HA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм),
латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными
отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл,
Luer (Луер) 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030878

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
20. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880HA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм),
латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными
отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл,
Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
21. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SH
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий
кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6
мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
22. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SH
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий
кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6
мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
23. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SHA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030879

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт

Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

24. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SHA

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),

Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт

Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт

Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт

Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт

Фиксатор катетера 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

25. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref

M1690F

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),

Petals, 16G x 3 1/2" (1,65 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт

Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

26. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref

M1690SF

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),

Petals, 16G x 3 1/2" (1,65 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт

Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

27. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref

M1690HF

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030880

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Petals, 16G x 31/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
28. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1690SHF
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 16G x 31/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
29. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890F
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 31/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
30. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890SF
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 31/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
31. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890HF
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 31/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030881

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
32. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890SHF
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
33. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MF
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
34. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MSF
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
35. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MHF
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
36. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MSHF
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
37. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030882

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

38. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690S

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

39. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690H

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

40. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690SH

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт

Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт

Адаптер 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Потребительская упаковка 1 шт

42. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890S

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030883

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Petals, 18G x 31/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
43. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 31/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
44. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890SH
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 31/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Адаптер 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
45. Набор для эпидуральной анестезии Mini D Ref M2F
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
46. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 31/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 11/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 11/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030884

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
47. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690A
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
48. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690S
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030885

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИЛ.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
49. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690SA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
50. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030886

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИЛ.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия



код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
51. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690NA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
52. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690SH
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030887

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
53. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690SNA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3 1/2 " (1,65 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
54. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2" (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030888

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
55. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
56. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890A
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2" (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030889

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
57. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880A
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
58. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890S
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2" (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030890

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
59. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880S
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
60. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890SA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2" (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030891

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
61. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880SA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
62. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030892

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
63. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880H
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
64. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890HA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм),



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030893

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия



код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
65. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880NA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
66. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890SH



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030894

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
67. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880SH
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, 10мл, Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 μ 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
68. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030895

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

P1890SNA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3 1/2 " (1,34 x 90 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий
кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6
мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл,
Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного
поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт
Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт
69. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref
P1880SNA
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи),
Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) 1 шт
Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий
кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6
мм), с шестью латеральными отверстиями 1 шт
Шприц потери сопротивления, автоматический, 10мл,
Luer (Луер) 1 шт
Эпидуральный фильтр 0,2 м 1 шт
Фиксатор эпидурального фильтра 1 шт
Фиксатор катетера 1 шт
Адаптер 1 шт
Шприц 3 мл, Luer (Луер) 1 шт
Шприц 5 мл, Luer (Луер) 1 шт
Игла инъекционная 18G x 1 1/2 " (1,25 x 38 мм) 1 шт
Игла инъекционная 25G x 1 1/2 " (0,5 x 38 мм) 1 шт
Спонж с ручкой 3 шт
Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного
поля 70x80 см 1 шт
Простыня нетканая 75x75 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 5x50 см 1 шт
Пластырь фиксирующий 10x20 см 1 шт
Салфетка марлевая 7,5x7,5 см 5 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0030896

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.ПБ44.Н13704

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Инструкция по применению 1 шт
Потребительская упаковка 1 шт



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия