



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**CN.C.39.003.A № 50841**

Срок действия до **29 мая 2018 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Пульсоксиметры медицинские "Armed" модели YX300, YX301, YX302**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Фирма "Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd", КНР**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **53583-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МИ 3280-2010**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 мая 2013 г. № 531**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



**Ф.В.Булыгин**

"**05**" "**06**" ..... 2013 г.

Серия СИ

№ **009863**

Срок действия до 11 апреля 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 апреля 2018 г. № 683

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

АРМЕД®

С.С. Голубев

NON PROGRESSIVE



2018 г.